

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER TÉCNICO	Nossa Senhora do Socorro (SE), 23 DE NOVEMBRO DE 2022.
DA: COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	014/2022 – 2ª Análise

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio do Coordenador da Atenção Básica, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 014/2022/SEMUSA/NS SOCORRO**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E SISTEMA DE COMODATO DE GLICOSÍMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise das PROPOSTAS DE PREÇOS, com base nas exigências editalícias, ao apresentado pelas licitantes, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, apresentamos a relação dos itens APROVADOS e REPROVADOS, conforme abaixo:





PARECER TÉCNICO DE TIRA TESTE REAGENTE

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	FORNECEDOR/ MARCA	Fabricante	Registro	LICENÇA SANITARIA	APPROVADO/ REPROVADO
01	TIRA TESTE REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SANGUINEA, EM APARELHOS PARA LETTURA DA GLICEMIA (GLICOSIMETROS), COM FAIXA DE LETTURA ENTRE 20 MG/DL A 600 MG/DL. GLICOSIMETRO: MEDIDOR PORTÁTIL, DE FÁCIL LETTURA, COM METODOLOGIA DE FUNCIONAMENTO POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, COM LETTURA DE NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE BATERIA ÚNICA DE LITHIO. TIRA S DEVEM SER POR METODOLOGIA DE ASPIRAÇÃO CAPILAR, UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO, AMOSTRA DE SANGUE DE NO MÁXIMO 0, 5 MICROLITRO. DEVE PERMITIR VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM NEONATOS, CRIANÇAS, ADULTOS E GESTANTES EM SANGUE CAPILAR, VENOSO OU ARTERIAL. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO DO TESTE A PARTIR DE NO MÍNIMO 5°C. CAIXA COM 50 UNIDADES. COMPATIVEL COM O MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS. DEVEM SER FORNECIDOS ATRAVÉS DE COMODATO E SEREM COMPATIVELS COM A TIRA REAGENTE, SENDO QUE A CADA 20 CAIXAS ADQUIRIDAS DEVE SER DISPONIBILIZADO 1 GLICOSIMETRO. REGISTRO NA ANVISA. MARCA ACEITAVEL: ON CALL PLUS II. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	26.250	CX	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARCA: ON CALL PLUS II	ACON BIOTECH CO., LTDA	REGISTRO DA ANVISA Nº 80011990003	OK	APPROVADO

(Handwritten mark)



02	TIRA TESTE DETERMINAÇÃO DE SANGUE, EM APARELHOS PARA LEITURA DA GLICEMIA (GLICOSIMETROS), COM FAIXA DE LEITURA ENTRE 20 MG/DL À 600 MG/DL. GLICOSIMETRO: MEDIDOR PORTÁTIL, DE FÁCIL LEITURA, COM METODOLOGIA DE FUNCIONAMENTO POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, COM LEITURA DE NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS, FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE BATERIA ÚNICA DE LITHIO. TIRA S DEVEM SER POR METODOLOGIA DE ASPIRAÇÃO CAPILAR, UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO, AMOSTRA DE SANGUE DE NO MÁXIMO 0, 5 MICROLITRO. DEVE PERMITIR VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM NEONATOS, CRIANÇAS, ADULTOS E GESTANTES EM SANGUE CAPILAR, VENOSO OU ARTERIAL. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO DO TESTE A PARTIR DE NO MÍNIMO 5°C. CAIXA COM 50 UNIDADES. COMPATÍVEL COM O MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS. DEVEM SER FORNECIDOS ATRAVÉS DE COMODATO E SEREM COMPATÍVEIS COM A TIRA REAGENTE, SENDO QUE A CADA 20 CAIXAS ADQUIRIDAS DEVE SER DISPONIBILIZADO 1 GLICOSIMETRO. REGISTRO NA ANVISA. MARCA ACEITAVEL: ON CALL PLUS II. EXCLUSIVO ME/EPP.	8.750	CX	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARCA: ON CALL PLUS II	ACON BIOTECH CO., LTDA	REGISTRO DA ANVISA Nº 80011990003	OK	APROVADO.
----	--	-------	----	--	------------------------	-----------------------------------	----	-----------

NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.


IZIDERIO WIVERSON DE JESUS SOUZA
COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E EMISSÃO DO PARECER