



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PARECER TÉCNICO	Nossa Senhora do Socorro (SE), 11 de novembro de 2020.
DA: COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA E VE	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão 014/2020 – 2ª Análise
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio de sua Coordenadoras de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do **Pregão Eletrônico nº. 014/2020/SEMUSA/Nº SOCORRO**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise do atendimento quanto as marcas apresentadas nas propostas de preços, registros dos produtos na Anvisa, AFE, no que cabe a análise técnica da licitante **S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA**, apresentamos a relação dos itens classificados e desclassificados, conforme abaixo:

Análise Técnica

Itens	Especificações	UND	Quant	Fornecedor	Marca/Modelo	AFE/REGISTRO	Classificada/ Desclassificada
1.	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE; COM GRADE PROTETORA, DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 60 CM; CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL OU ROTATIVO; COM 03 HÉLICES (PÁS), POTÊNCIA MÍNIMA: 130 W, VOLTAGEM: 110/220 V BIVOLT; SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.(EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	60	S D DE A FERREIRA	ARGE/TWISTER	OK	DESCLASSIFICADA SOLICITAMOS DIÂMETRO DE 60CM E O APRESENTADO PELA EMPRESA É DE 50CM.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 11 de NOVEMBRO de 2020.

TACIANA SANTOS ALBUQUERQUE DO Ó,
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência