



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PARECER TÉCNICO	Nossa Senhora do Socorro (SE), 08 de abril de 2021.
DA: COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA E VE	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão 004/2021 – 2ª Análise
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio de sua Coordenadoras de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 004/2021/SEMUSA/NS SOCORRO, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS – UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise do atendimento quanto as marcas apresentadas nas propostas de preços, apresentação de licença sanitária estadual ou municipal, BUNKER COMERCIAL LTDA, N.P.R MÓVEIS, J. RIBEIRO COMÉRCIO, ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, GM FARMA COMERCIAL LTDA, MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS, apresentamos a relação dos itens APROVADOS E REPROVADOS, conforme abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANÁLISE TÉCNICA

Itens	Especificações	UND	Quant	Fornecedor	Marca/ Modelo	AFE/LICENÇA SANITÁRIA/ REGISTRO/ PROSPECTO	APROVADA/ REPROVADA
1.	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO VERTICAL 1500L, CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAL VERTICAL 03 PORTAS; EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 1.500 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. 12 (DOZE) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS. FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTÁVEIS E REMOVÍVEIS. 03 (TRÊS) PORTAS DE VIDRO TRÍPLIO TIPO "NO FOG" POR ACESSO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO, LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA; FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA; CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60HZ. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES	UNID	03	BUNKER COMERCIAL LTDA	NOVAINSTRUM ENTS / MODELO NI 1760/1500	OK / REGISTRO Nº 80265180002	APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

6.	ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE 12 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. (AMPLA PARTICIPAÇÃO). DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COMBATERIARECARREGÁVEL.CARACTERÍSTICAS: SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 9-12SEMANAS; TAMANHO: 135MM X100MM X 49MM; PESO: APROX. 400G.; BIVOLT (ACOMPANHACARREGADOR); VISOR LCD: 60MM X50MM,PERFORMANCE FHR: FAIXA DEMEDIÇÃO: 50-240 BPM; RESOLUÇÃO:1BPM; PRECISÃO: ± 1 BPM; SAIDA DE ENERGIA: 20MW, TRANSDUTOR: FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ± 10%; P.-: <1MPA; LOB: <20MW/CM²; ISPTA: <100 MW/CM² INTENSIDADE DE SAIDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM²; ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DOTRANSDUTOR: 154MM². (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	50	J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	JUMPER / JPD100B	NÃO APRESENTOU AFE / OK N° REGISTRO 80901110024	REPROVADA - DIMENSOES NO SOLICITADAS DE EDITAL 135MMX100MM49MM. SENDO QUE A EMPRESA APRESENTOU INFERIOR - AS DIMENSOES 128.5X91.5X37.5MM. E NÃO APRESENTOU AFE CONFORME SOLICITADA NO EDITAL.
7.	MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO FIXO,ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS C/ PONTEIRAS DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, DIMENSÕES APROXIMADOS 1,80 X 0,60 X 0,80M. (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	10	ADOVANDRO FRAPORTI	ALFRS / ALFRS - ALF-MEG AC02/G	OK / REGISTRO N° 81513180001	REPROVADA - A EMPRESA APRESENTOU MATERIAL EM AÇO CARBONO PINTURA EPOXI, DIVERGINDO DO SOLICITADO NO EDITAL, QUE FOI PEDIDO EM ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX.

Secretaria Municipal da Saúde

Praça Vice Presidente José Alencar s/n, Centro

Tel.: (79) 2106-7400 / 7409 - C.N.P.J. 06113056000139

CEP: 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro/Sergipe

site: www.socorro.se.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

8.	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO COM BRAÇADEIRA NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 14 X 51CM, CONFECCIONADA EM NYLON E FECHO EM VELCRO REFORÇADO; NA COR PRETO; COM PRECISÃO +/- 3MMHG; MANGUITO E BRAÇADEIRA TOTALMENTE LEVE E LIVRE DE LATEX PARA MAIOR COMODIDADE; RESISTENTE A IMPACTOS; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; DIVISÃO DE 2 MMHG; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO: ADULTO: 18 - 35 CM; MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR NO MÍNIMO 1 ANO; ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO SIMPLES; MANÔMETRO (0 - 300MMHG); BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; PERA DE INSUFLAÇÃO; ESTOJO PARA VIAGEM; (EXCLUSIVO ME/EPP) .	UNID 200	GM FARMA COMERCIAL LTDA	PREMIUM BR200 PR	NÃO APRESENTOU AFE/REGISTRO Nº 80275310022	REPROVADA EMPRESA APRESENTOU CONFORME SOLICITADA EDITAL.	- NÃO AFE NO
10.	OXIMETRO DIGITAL - OXIMETRO DE DEDO - DESCRIÇÃO: PORTÁTIL E FÁCIL DE UTILIZAR. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FREQUENCIA CARDÍACA: 30-240 BPM. FAIXA DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO: 70% - 99% LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. DISPLAY EM LED. DIMENSÃO APROXIMADA: 6 X 3,4X 3,0CM. USO ADULTO E PEDIÁTRICO (A PARTIR DE 4 ANOS). ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AAA (NÃO INCLUSAS). COMPOSIÇÃO: OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. CORDÃO PARA TRANSPORTE. MANUAL DE INSTRUÇÕES. BOLSA PARA ACONDICIONAR O OXIMETRO. (EXCLUSIVO ME/EPP) .	UNID 60	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	OXIMETER OXIMETRO DIGITAL	NÃO APRESENTOU AFE/OK/REGISTRO Nº 80117580521	REPROVADA EMPRESA APRESENTOU CONFORME SOLICITADA EDITAL.	- NÃO AFE NO
13	MACA CLINICA , MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG, COMPONENTES C/ SUPORTEPARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREAMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN. (EXCLUSIVO ME/EPP) .	UNID 50	N.P.R MÓVEIS	MOVEIS ANDRADE / MA-734	OK / REGISTRO Nº 80380120007	REPROVADA EMPRESA APRESENTOU NA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DIMENSÃO DA ALTURA INFERIOR AO SOLICITADO EDITAL.	- NÃO AFE NO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, 08 DE ABRIL DE 2021.


IZIDÉRIO WIVERSON DE JESUS SOUZA
ASSESSOR DA ATENÇÃO BÁSICA



TACIANA SANTOS ALBUQUERQUE DO Ó,
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA