



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PARECER TÉCNICO nº: 001/2020	Nossa Senhora do Socorro (SE), 19 de fevereiro de 2020.
DA: COORDENADORA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ASSUNTO: Parecer Técnico PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 – Análise
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio de sua Coordenadora da Média e Alta Complexidade, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do **PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2020/SEMUSA/NS SOCORRO**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS – UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão com sessão realizada em **19/02/2020**, vem informar que, após análise das PROPOSTAS DE PREÇOS, com base nas exigências editalícias, ao apresentado pelas licitantes **BETANIAMED COMERCIAL LTDA-EPP, BIODIAG DIAGNÓSTICA HOSPITALAR LTDA- EPP, GH MÓVEIS, GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP, DENTAL UNIVERSO, TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, S D DE A FERREIRA CIA LTDA** apresentamos a relação dos itens CLASSIFICADOS/APROVADOS e DESCLASSIFICADOS/REPROVADOS, conforme abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

TABELA 01: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	FORNECEDOR	ANÁLISE
1.	CADEIRA CAIXA ALTA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM ESPUMA INJETAVEL E COURO SINTETICO. POSSUIR MECANISMO BLACK SYTEM PARA REGULAGEM DO ASSENTO E ENCOSTO COM 2 ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM À GAS, DOTADA DE ANEL PARA APOIO DOS PES E 5 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM NYLON; REVESTIMENTO EXTERNO EM COURO SINTETICO NA COR PRETA CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MINIMO 120KG EXCLUSIVO ME/EPP.	20	UND	GH MÓVEIS	<u>DESCCLASSIFICADO</u> PROSPECTO INCOMPLETO, NÃO APRESENTOU O PESO SOLICITADO NO EDITAL. E O PRODUTO COTADO É CADEIRA SECRETÁRIA).
				GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTA O PESO SUPORTADO E CAPACIDADE INFERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL.
				TECH MÓVEIS	<u>DESCCLASSIFICADO</u> PROSPECTO DIVERGE DA PROPOSTA E DO SOLICITADO NO EDITAL. (NÃO ATENDE ENCOSTO VAZADO).
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> APRESENTOU PROSPECTO INCOMPLETO SO FOTO
2.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA DE BORRACHA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 8 POLEGADAS, FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES: SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NO PROSPECTO APRESENTA AÇO CARBONO UMA VEZ QUE O EDITAL SOLICITA AÇO INOXIDÁVEL. E RODÍZIO DE 03 POLEGADAS.
				GH MOVEIS	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	<u>DESCCLASSIFICADO</u> O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

					CONFERE COM PRODUTO.
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> COTOU RM DESACORDO COM O EDITAL O RODIZIO DE 5" E O EDITAL PEDE4 DE 8"
3.	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, 3 GAVETAS E 2 PRATILEIRAS, QUANTIDADE RODAS FIXAS: 4 RODÍZIOS DE BORRACHA SINTÉTICAMACIÇA, DIÂMETRO DE 5", QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS: COM SISTEMA DE FREIO EM DOIS RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	5	UND	GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> EMPRESA NÃO APRESENTA O SITE DE PESQUISA PARA O PROSPECTO E PESQUISADO A MARCA DO PRODUTO NÃO FOI ENCONTRADO NA INTERNET.
				TECH MÓVEIS	<u>DESCCLASSIFICADO</u> SOLICITADO NO EDITAL COM 02 PRATELEIRAS APRESENTADO PELA EMPRESA COM 01 PRATELEIRA. E É UM CARRO DE ROUPA NÃO O SOLICITADO NO EDITAL.
				FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	<u>DESCCLASSIFICADO</u> O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> COTOU EM MDESACORDO COTOU CARRO DE EMERGENCIA E NÃO DE TRANCPORTE
4.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATÉ: 190 CM, ALTURA BASE: 18 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM COURVIM, ANTI-ALÉRGICO, RESPIRADOR LATERAL.	10	UND	GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	<u>DESCCLASSIFICADO</u> PROSPECTO NÃO ENCONTRADO NO SITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP				INFORMADO.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> NÃO ASOSENTOU PROSPECTO COLOCOU APENAS UMA FOTO
5.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO: PIRAMIDAL, EM 3 CAMADAS DE ESPUMA, DENSIDADE: COM DENSIDADE POR CAMADA: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATÉ: 190 CM, ALTURA BASE: ESPESSURA MÍNIMA 15 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA REVERSÍVEL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL ATÉ 95°C, COM ZIP GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	24	UND	GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	<u>DESCCLASSIFICADO</u> PROSPECTO NÃO ENCONTRADO.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> NÃO ASOSENTOU PROSPECTO COLOCOU APENAS UMA FOTO
6.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-23, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATÉ: 190 CM, ALTURA BASE: 10 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM NAPA OU COURINO, APLICAÇÃO: LAVÁVEL, COM ZÍPER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	<u>DESCCLASSIFICADO</u> PROSPECTO NÃO ENCONTRADO.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> NÃO ASOSENTOU PROSPECTO COLOCOU APENAS UMA FOTO
7.	COLETOR DE LIXO COM TAMPA E PEDAL; RODAS EM BORRACHA MACIÇA ESTRUTURA EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE 120 LITROS PARA LIXO INFECTANTE NA COR BRANCA, COM 2 RODAS CONFECCIONADA EM BORRACHA MACIÇA E TRAVAMENTO ANTIFURTO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	TECH MÓVEIS	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO POSSUI PEDAL COMO SOLICITADO NO EDITAL.
				BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>CLASSIFICADO</u>
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> COTOU EM DESACORDO SEM PEDAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

8.	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE COM UMIDOSTATO INCORPORADO PAINEL DIGITAL COM AJUSTE DE TIMER PARA LIGAR E DESLIGAR. CAPACIDADE 1000m ³ E POTENCIA 610w RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA 6,5 LITROS E ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (DRENO DIRETO), PARADA AUTOMATICA QUANDO O NIVEL MAXIMO FOR ATIGIDO E RELIGAMENTO AUTOMATICO APÓS A DRENAGEM. LUIZ INDICATIVA E E SINAL SONORO PARA RESERVATÓRIO CHEIO. MOTOR TIPO COMPRESSOR COM CAPACIDADE 1/2 HP VAZÃO DE AR/HORA 170M ³ /H POSSUIR 4 RODIZIOS ALIMENTAÇÃO ELETRICA: 220V EXCLUSIVO ME/EPP	2	UND	X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> A POTENCIA INFERIOR AO SOLICITADO
9.	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA NO MINIMO 500 FOLHAS. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				TECH MÓVEIS	<u>DESCCLASSIFICADO</u> MODELO APRESENTADO PELA EMPRESA NÃO EXISTE.
				GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO POSSUI CHAVE.
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADO</u>				
10.	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM CAPACIDADE MINIMA 1000ML, COM SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	BIODIAG	<u>DESCCLASSIFICADO</u> EMPRESA APRESENTOU CAPACIDADE DE 950 ML E O EDITAL SOLICITADA MINIMA DE 1000 ML.
				TECH MÓVEIS	<u>DESCCLASSIFICADO</u> CAPACIDADE APRESENTADA INFERIOR AO SUPERIOR.
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>
11.	ELETROCARDIOGRAFO MULTICANAL PORTÁTIL RECURSOS: AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DO CABO 10 VIAS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA	1	UND	GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> PROSPECTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

					INCOMPLETO	
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>	
	PARA BOBINA DE NO MÍNIMO 110MM; COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM MODOS RITMO, MANUAL E AUTOMÁTICO; COM FUNÇÃO DO LAUDO INTERPRETATIVO DO EXAME, GERANDO NO MÍNIMO 500 FRASES INTERPRETATIVAS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM AJUSTES DE VELOCIDADE E TAMANHO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADOR; MEMÓRIA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS (IMPRESSORAS, PC, ETC.); MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 200 EXAMES ARMAZENADOS; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA 290 IMPRESSÕES OU 8 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA; ANÁLISE CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 5 MINUTOS DE EVENTOS DO PACIENTE; RELATÓRIO DE ECG COMPLETO DE TODAS AS DERIVAÇÕES POR NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS; ANÁLISE DO SEGMENTO ST ATRAVÉS DE DADOS NUMÉRICOS E GRÁFICOS COM O MAPA ST; TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7,0" SENSÍVEL AO TOQUE PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES ANTES DA IMPRESSÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS NA TELA DO EQUIPAMENTO PARA AUXÍLIO DO USUÁRIO, INFORMANDO O STATUS DE CADA DERIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPORTAR EXAMES ATRAVÉS FORMATO DIGITAL, PDF, ATRAVÉS DE USB/WI-FI PARA IMPRESSORA EXTERNA EM PAPEL A4. COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA CONEXÃO TCP/IP, PELA REDE ETHERNET/ LAN OU REDE WIRELESS PARA INTEGRAÇÃO COM HIS (SISTEMA HOSPITALAR). POSSIBILIDADE FUTURA PARA UPGRADE DE ENVIO DE DADOS VIA PROTOCOLO DICOM E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALÇA DE TRANSPORTE. NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP					
12.	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS: DESMONTÁVEIS, COM REFORÇO OMEGA NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA, SUPORTA ATÉ 100 KG POR PRATELEIRA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES	34	UND	TECH MÓVEIS	<u>CLASSIFICADO</u>	
				GM FARMA	<u>DECLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	FRONTAIS E POSTERIORES, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES APROX. ALTURA 198 X LARGURA 30 X COMPRIMENTO 92,5 CM COR CINZA. EXCLUSIVO ME/EPP.								
					S D DE A FERREIRA		DESCCLASSIFICADA COTOU EM DESACORDO PEDE ESTANTE CM 6 PRATELEIRAS OFERTOU COM 05		
13.	CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS COLORIDAS MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, BARRAMENTO DUPLO EM FORMA DE "U" INVERTIDO. TAMPO (800X800MM) EM MDF ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO BRILHANTE EM QUATRO CORES, RECORTE CONVEXO NOS QUATRO LADOS. BORDAS BOLEADAS E ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ. ALTURA 580MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO 7/8. PONTEIRAS 7/8 EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA PP DE ALTO IMPACTO, ALTO BRILHO, ANATÔMICO E ABAS LATERAIS. PINTURA EPÓXI-PÓ. FAIXA ETÁRIA DE 2 A 6 ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	4	UND	GH MÓVEIS		DESCCLASSIFICADO MEDIDAS APRESENTADAS INFERIORES AO SOLICITADO NO EDITAL.			
					TECH MÓVEIS		DESCCLASSIFICADO CADEIRA EM MADEIRA E SOLICITADO EM AÇO.		
					S D DE A FERREIRA		DESCCLASSIFICADA MEDIDA DA ALTURA INFERIOR, MATERIAL MADEIRA PEDE EM TUBO DE AÇO.		
14.	MACA DIVÃ PARA EXAME CLÍNICO EM AÇO INOX, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN, MOVIMENTO DO DORSO E DA PESEIRA ATRAVES DE CREMALHEIRAS, ASSENTO COM RECUO PARA CUBA COLETORA, CABECEIRA RECLINÁVEL, PORTA COXA REGULAVEL, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL E BALDE INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	BIODIAG		DESCCLASSIFICADO EMPRESA APRESENTOU PROSPECTO COM O SITE INFORMADO, PORÉM PESQUISADO O SITE NA INTERNET NÃO ENCONTRA O MODELO DA MACA DIVÃ SOLICITADO NO EDITAL			
					FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES		DESCCLASSIFICADO SOLICITADO NO EDITAL BASE EM AÇO INOX APRESENTADO EM AÇO CARBONO.		
					GM FARMA		DESCCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.		
					X-TEC		DESCCLASSIFICADO PROSPECTO NÃO ENCONTRADO.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA NÃO É INOX ESTA PINTADO
15.	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA. GABINETE EM AÇO PINTADO COM 2 PORTA E PRATILEIRAS INTERNAS E 4 GAVETAS COM PUXADORES, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA). CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. PORTA COXA REGULAVEL EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ESPUMA D28. ACOMPANHA: 01 PAR DE PORTA-COXAS , 01 SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTAVEL 01 CUBA COLETORA EM INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,84X0,60X0,85M. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	DESCLASSIFICADO SOLCITADO NO EDITAL AÇO PINTADO E A EMPRESA APRESENTOU EM MDF.
				FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	DESCLASSIFICADO O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	DESCLASSIFICADO PRODUTO NÃO ENCONTRADO NO SITE DA INDUSTRIA.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA COTOU EM DESACORDO NÃO TEM GABINETE
16.	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO: SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO MÓVEL, MATERIAL: AÇO, COMPONENTES: COM 5 CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	1	UND	BIODIAG	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA.
				GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA PROSPECTO INCOMPLETO
17.	OFTALMOSCÓPIO EM HALOGENIO OU LED COM FILTRO VERDE COM NO MINIMO 28 LENTES DE -20 A +40 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO; ABERTURAS: 6 (SENDO MICROPONTO, PEQUENA E GRANDE, FIXAÇÃO, FENDA E	3	UND	GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	CLASSIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	FILTROS AZUL COBALTO E LIVRE DE VERMELHO.) LÂMPADA: LED; VIDA ÚTIL DO LED: DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K; MATERIAL DO CABO: METAL COM ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO; TENSÃO: 2.5V; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA; POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; CLIP DE BOLSO. CABO RECARREGÁVEL LI-ION 3,5V COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS EM USO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP			S D DE A FERREIRA	DESCCLASSIFICADA COTOU EM DESACORDO QUANTIDADE DE LENTES INFERIOR
18.	APARELHO LASER/LED ODONTOLÓGICO BIVOLT SISTEMA DE LASER TERAPIA COM TÉCNICA PDT, SPOT DE SAÍDA DE 3 mm ² , LASER VERMELHO VISÍVEL DE 100 mW DE POTÊNCIA E O LASER INFRAVERMELHO DE 150 mW. POSSUIR: MODO PROGRAMADO E MODO ASSISTIDO COM NO MÍNIMO 18 PATOLOGIAS PRÉ PROGRAMADAS. AJUSTE DE TEMPO DE 10 SEGUNDOS ATÉ 3MIN. POSSUIR: 3 LEDs DE 3 WATTS COM POTÊNCIA ÚTIL DE 1000 mW/cm ² . REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	2	UND		
19.	CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL, CABEÇA FIXA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135C, TRANSMISSÃO 1:1 PASSÍVEL DE BROCAS TIPO AR E FG, SISTEMA DE TROCA DE BROCA CONVENCIONAL, MÍNIMO DE 5000RPM – MÁXIMO DE 20000RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, SPRAY EXTERNO. VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	40	UND	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	CLASSIFICADO
				DENTAL UNIVERSO	CLASSIFICADO
				GM FARMA	DESCCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				BIODIAG	DESCCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

				S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>
20.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	02	UND	FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	<u>DESCLASSIFICADO</u> O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				GM FARMA	<u>DESCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	<u>DESCLASSIFICADO</u> PRODUTO NÃO ENCONTRADO NO SITE DO FABRICANTE.
21.	OXÍMETRO PORTÁTIL DE MESA PARA ADULTO, PEDRIATRICO E NEONATAL, VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE, SPO2: - FAIXA DE LEITURA: 0 - 100%, - PRECISÃO: ± 2 (ENTRE 70 E 100%, FREQUÊNCIA CARDÍACA: - FAIXA DE LEITURA: 30 - 250 BPM., ALIMENTAÇÃO: - ENERGIA AC: ENTRADA DE 100 - 240V, 50/60HZ, 60VA, POSSUIR BATERIA	04	UND	GM FARMA	<u>DESCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCLASSIFICADA</u> BATERIA DE NIQUEL E FOI SOLICITADO DE LÍTIO
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	RECARREGAVEL DE LÍTIU, POSSUIR 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES; POSSUIR LEDS PARA A SEGUINTE INDICAÇÃO: FUNCIONAMENTO POR BATERIA, FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME E STATUS DE FUNCIONAMENTO; MODO MESA E MODO GRÁFICO; ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR CERTIFICAÇÃO INMETRO: - IEC 60601-1, - IEC 60601-1-2, - IEC 60601-1-6, - IEC 60601-1-8, - IEC 60601-2-61. ACOMPANHAR SENSOR ADULTO E PEDIÁTRICO. REGISTRO ANVISA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP				
22.	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPL O X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, COM ALMOFADA, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS TRASEIRAS DE 24 E M ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FURO, RODAS DIANTEIRAS DE 8 MACIÇAS, FREIOS BILATE RAIS REGULÁVEIS POSSUINDO ELEVAÇÃO DE PERNAS E POSSUINDO SUPORTE DE SORO. SUPORTA PESO ATÉ 160 KG GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES . REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	02	UND	GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA COTOU EM DESACORDO PEDO SOLICITADO 160 E OFERTOU 150
23.	PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA:11,40 M, VOLTAGEM:BIVOLT, QUANTIDADE ENTRADA RGB:1 S-VÍDEO 1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:2 VGA/2 ÁUDIOS, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM:40 POL, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL COM MALETA P/ TRANSPORTE,	02	UND	TECH MÓVEIS	DESCLASSIFICADO APRESENTOU MODELO DIVERGENTE NO COTADO.
				GM FARMA	CLASSIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.100 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NSTC/NTC4.43/PAL/PAL-M//PAL-N60, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/TETO/MESA, TIPO TECNOLOGIA: 3LCD, COMPATIBILIDADE RESOLUÇÃO:VGA/SVGA/SXGA, RESOLUÇÃO: 1.024 X 768, TIPO CONTROLE: REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP			S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>
24.	LIXEIRA EM AÇO INOX LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS. EXCLUSIVO ME/EPP	20	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				DENTAL UNIVERSO	<u>DESCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO.
				TECH MÓVEIS	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>CLASSIFICADO</u>
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>
25.	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. CONFECÇÃO EM NYLON, FEIXE TIPO VELCRO. MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/-2 MMHG; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO DE LÁTEX; VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM LÁTEX; VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR; CERTIFICADO PELO INMETRO e REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	12	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>DESCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>
26.	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL INFANTIL (PEDIÁTRICO), COMPLETO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300MMHG DE ALTA PRECISÃO E BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGEM OU CHOQUE; BRAÇADEIRA, EM TECIDO NYLON ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO COM VELCRO; PÊRA (BULBO), MANGUITO E TUBO CONECTOR EM LÁTEX; VÁLVULA COM	12	UND	BIODIAG	<u>DESCLASSIFICADO</u> SOLICITAMOS DIGITAL E FOI APRESENTADO MANUAL.
				GM FARMA	<u>DESCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	PRECISÃO NO ENCHIMENTO E PERFEITO CONTROLE NO ESVAZIAMENTO NA BOLSA DE AR; CALIBRAÇÃO AFERIDO PELO INMETRO e REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP			S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA COTOU EM DESACORDO PEDIU DIGITAL E COTOU ANALOGICO
27.	BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM QUATRO PÉS COM RODIZIOS 2 POLEGADAS, ALTURA REGULÁVEL (ENTRE 530MM À 780MM), ATRAVÉS DE EIXO CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 32 CM DE DIÂMETRO, ASSENTO EM CHAPA DE AÇO. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	DESCLASSIFICADO PÉS EM AÇO PINTADO E SOLICITADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
				TECH MÓVEIS	CLASSIFICADO
				FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	DESCLASSIFICADO O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				GM FARMA	DESCLASSIFICADO CATALAGO SEM CONSULTA.
				X-TEC	DESCLASSIFICADO MODELO NÃO ENCONTRADO NO SITE DA INDUSTRIA.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA COTOU EM DESACORDO PEDIU INOX E OFERTOU EM COURO
28.	COLAR CERVICAL DE RESGATE G O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO	05	UND	GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

<p>NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPOSTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: TAMANHO GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</p>				
<p>29. COLAR CERVICAL DE RESGATE M O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPOSTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO,</p>	<p>05</p>	<p>UND</p>	<p>GM FARMA</p>	<p>DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: TAMANHO MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. REGISTRO NA ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP				
30.	COLAR CERVICAL DE RESGATE P O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ- AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: TAMANHO PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	05	UND	GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
31.	COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM,	05	UND	GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	<p>DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO. DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPOSTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: MEDIDAS: CIRCUNFERÊNCIA: 44 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,1 CM; ALTURA POSTERIOR: 12,3 CM; COR DO VELCRO: AZUL CLARO. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP.</p>			
32.	<p>COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL COLAR CERVICAL UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. O CONJUNTO FORMA PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM; TEM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO. POSSUI SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; POSSUI UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITA CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; POSSUI 04 (QUATRO) ABERTURAS PARA</p>	05	UND	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; POSSUI PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITE VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPOSTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; É TOTALMENTE RADIOLUCENTE; COR DO VELCRO: ROSA; MEDIDAS: CIRCUNFERÊNCIA DE 44 CM; ALTURA ANTERIOR DE 5,7 CM; ALTURA POSTERIOR DE 12,3 CM. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP				
33.	BANDEJA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 22X09X1,5CM. EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				DENTAL UNIVERSO	<u>DESCCLASSIFICADO</u> EMPRESA NÃO APRESENTOU PROSPECTO.
				GM FARMA	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>
34.	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E REMOÇÃO: UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA E BACIA EM OPERAÇÕES DE RESGATE E SALVAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSTO DE 01 UNIDADE DE PRANCHA LONGA, CONFECCIONADA DE MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, PLÁSTICO OU	02	UND	BIODIAG	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

<p>POLIETILENO, NÃO DOBRÁVEL, LAVÁVEL, NA COR AMARELA. DEVERÁ APRESENTAR CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS NAS BORDAS PARA PASSAR OS CINTOS E ORIFÍCIOS PARA PEGA DE MÃO, OS QUAIS DEVERÃO SER DE FORMATO DE IMPRESSÃO NEGATIVA DOS DEDOS, TORNANDO A PEGADA MAIS SEGURA E PRECISA NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. DEVERÁ SER LEVE, PESANDO NO MÁXIMO 7,5KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 MM X 450 MM. NÃO CONDUZIR ELETRICIDADE, NÃO POSSUIR SOLDAS OU EMENDAS OU REFORÇOS METÁLICOS. POSSUIR FLUTUAÇÃO EM ÁGUA. SER RADIO TRANSPARENTE (AO RAIO X) E IMPERMEÁVEL. DEVERÁ PERMITIR A IMOBILIZAÇÃO E O TRANSPORTE ADEQUADO DE ADULTOS E CRIANÇAS. DEVERÁ TER NO MÍNIMO 40 ORIFÍCIOS, OU SEJA, ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES E NA PARTE INTERNA, PARA PERMITIR A IMOBILIZAÇÃO ADEQUADA À CRIANÇA. DEVERÃO POSSUIR FORMATO RETANGULAR NAS DUAS EXTREMIDADES. DEVERÁ POSSUIR EM UMA DAS EXTREMIDADES DA PRANCHA, O SISTEMA DE ACOPLAGEM DOS BLOCOS IMOBILIZADORES DE CABEÇA, QUE PERMITA SUA REGULAGEM NO MOMENTO DE USO, DIRETAMENTE NA PRANCHA E SEM USO DE COSTURAS OU VELCRO, DE FORMA A FACILITAR A UTILIZAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA. O SISTEMA DEVERÁ ACOMPANHAR 01 PAR DE BLOCOS PARA USO ADULTO/INFANTIL, OS BLOCOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000</p>		GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
--	--	-----------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREIMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO EM TODA SUA EXTENSÃO COM ZÍPER DE COSTURA DUPLA. DUAS ALÇAS DE MÃO REFORÇADAS E ACOLCHOADAS. ABERTURA 180°, FIXADAS COM ZÍPER COM COSTURA DUPLA. O FECHAMENTO DA CAPA É FEITO ATRAVÉS DE ZÍPER PRETO Nº 10 COM DOIS CURSORES PRETOS Nº 10. O ACABAMENTO DAS COSTURAS NA PARTE EXTERNA É FEITO COM PERFIL TERMOPLÁSTICO DE 11 MM X 4 MM X 1 MM NA COR PRETA

**REGISTRO NA ANVISA.
EXCLUSIVO ME/EPP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

35. BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO BIOMBO PLUMBÍFERO MÓVEL, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO INCLUSO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: - ALTURA: 2,10M - LARGURA: 0,8M - EQUIVALÊNCIA PLUMBÍFERA: 2MM PB DIMENSÕES MÍNIMAS DO VISOR PLUMBÍFERO: 7X13CM - EQUIVALÊNCIA PLUMBÍFERA: 2 MMPB. REGISTRO NA ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	1	UND	BETANIAMED COMERCIAL	DESCLASSIFICADO EMPRESA APRESENTOU PROSPECTO SEM INFORMAÇÃO DO SITE, UMA VEZ QUE A EQUIPE PESQUISOU VIA INTERNET E NÃO VERIFICOU A VERACIDADE DO MODELO E MARCA APRESENTADA PELA EMPRESA.
			BIODIAG	DESCLASSIFICADO EMPRESA NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
			DENTAL UNIVERSO	DESCLASSIFICADO NÃO ATENDE AS MEDIDAS MÍNIMAS SOLICITADAS NO EDITAL E NÃO TEM REGISTRO DA ANVISA.
			GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
			X-TEC	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU PROSPECTO E NEM REGISTRO NA ANVISA.
			S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA NÃO APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA
36. CRONOMETRO CRONÔMETRO POSSUI AS SEGUINTE FUNÇÕES: ELETRONICO,RÉLOGIO, ALARME /	05		GM FARMA	CLASSIFICADO
			S D DE A FERREIRA	CLASSIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	DESPERTADOR, MEMÓRIA PARA 10 (DEZ) VOLTAS. MEMORIA DE TEMPO DE TRECHO - FUNÇÃO CONTAGEM REGRESSIVA . SEU VISOR POSSUI LUZ DE FUNDO E PERMITE A VSUALIZAÇÃO CONTINUA DE TEMPOS EM 2(DUAS) LINHAS NO VISOR AO MESMO TEMPO. ACOMPANHA CORDÃO. - CRONOMETRO ELETRONICO - RELOGIOALARME / DESPERTADOR - MEMORIA DE TEMPO DE TRECHO - MEMORIA DE 10(DEZ) VOLTAS - FUNÇÃO CONTAGEM REGRESSIVO 1/100. CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO. FUNÇÃO 'SPLIT'(EXIBE AS PARCIAIS DO TEMPO), FUNÇÃO RELOGIO COM ALARME DIÁRIO,CALENDÁRIO COM DIAS DA SEMANA, TELA DE CRISTAL LIQUIDO COM UMA LINHA,REPETIDOR DE CONTAGEM,PACER COM BIPE, DESIGN ERGONÔMICO, RESIDENTE A ÁGUA (SEM ACIONAMENTO DOS BOTÕES). DIMENSÕES APROXIMAMDAMENTAS 70X55X20 CM. GARANTIA DE 12 MESES. CERTIFICAÇÃO INMETRO EXCLUSIVO ME/EPP				
37.	BALDE CILÍNDRICO COM PEDAL E TAMPA EM AÇO INOX P/ DETRITOS RECIPIENTE CILÍNDRICO PARA A COLETA DE DETRITOS; CAPACIDADE: 30 LITROS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX. EXCLUSIVO ME/EPP	15	UND	BIODIAG	CLASSIFICADO
				DENTAL UNIVERSO	DESCCLASSIFICADO EMPRESA NÃO APRESENTOU PROSPECTO.
				TECH MÓVEIS	CLASSIFICADO
				GM FARMA	CLASSIFICADO
				X-TEC	DESCCLASSIFICADO SEM PROSPECTO
				S D DE A FERREIRA	CLASSIFICADA
38.	TERMÔMETRO CLÍNICO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - TERMÔMETRO CLÍNICO COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 32°C A 42°C, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA, HASTE FLEXIVEL EMBORACHADA, RESISTENTE A QUEDA, À PROVA D'ÁGUA, MEMORIA DA ULTIMA LEITURA, RESOLUÇÃO	30	UND	BIODIAG	CLASSIFICADO
				GM FARMA	DESCCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

42.	KIT PARA APARELHO NEBULIZADOR, INFANTIL: CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL PARA AEROSSOL (MASCARA E NEBULIZADOR), NÃO ESTERIL, DESMONTAVEL E ATOXICO. DEVERA CONTER MASCARA EM BORRACHA DE SILICONE, RECIPIENTE PARA MEDICAMENTO EM PLASTICO, COM PEÇAS FIXAS E EXTENSÃO EM PVC, COM PERFEITO ENCAIXE NO COPO. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE e REGISTRO NA ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO
43.	TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA INT./EXT. COM ALARME: TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA) - FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; - RESOLUÇÕES: ± 0,1 °C; - PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); - FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA - FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C; - RESOLUÇÕES: ±0,1°C; - PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); - ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M; REGISTRO NA ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				GM FARMA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCCLASSIFICADA</u> COTOU EM DESACORDO COM O EDITAL O TERMOMETRO É PRA AMBIENTE, E NÃO APRESENTOU REGISTRO
44.	DISPENSER PARA ROLO PAPEL HIGIÊNICO 300M EM PLASTICO COM CHAVE. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	TECH MÓVEIS	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>CLASSIFICADO</u>
				X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>CLASSIFICADA</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	: 0,1°C. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP			S D DE A FERREIRA	<u>DESCLASSIFICADA PROSPECTO NÃO APRESENTA NIVEL DE BATERIA</u>
39.	PAPAGAIO EM AÇO INOX 1. MATERIAL EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE E LISO COM ACABAMENTO REGULAR ARREDONDADO, A SER UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR; 2. CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML; 3. ALÇA ANATÔMICA SEGURA; 4. TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, POSSUIR ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM REBARBAS QUE PROPICIE MANUSEIO SEGURO. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				DENTAL UNIVERSO	<u>DESCLASSIFICADO</u> EMPRESA NÃO APRESENTOU PROSPECTO.
				GM FARMA	<u>CLASSIFICADO</u>
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCLASSIFICADA</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO
40.	COMADRE, TIPO PÁ MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	<u>DESCLASSIFICADO</u> A EMPRESA APRESENTOU MARCA COM CAPACIDADE 2000 MLE SOLICITAMOS NO EDITAL CAPACIDADE DE 3.500 ML.
				GM FARMA	<u>DESCLASSIFICADO</u> CAPACIDADE INFERIOR AO SOLICITADO.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCLASSIFICADA</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO
41.	KIT PARA APARELHO NEBULIZADOR, ADULTO: CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO PARA AEROSSOL (MASCARA E NEBULIZADOR), NÃO ESTERIL, DESMONTAVEL E ATOXICO. DEVERA CONTER MASCARA EM BORRACHA DE SILICONE, RECIPIENTE PARA MEDICAMENTO EM PLASTICO, COM PEÇAS FIXAS E EXTENSÃO EM PVC, COM PERFEITO ENCAIXE NO COPO. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	BIODIAG	<u>CLASSIFICADO</u>
				GM FARMA	<u>DESCLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	<u>DESCLASSIFICADA</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

45. MOCHO A GAS COM ENCOSTO: ASSENTO EM INOX COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIMENTO EM COURVIN, ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO EM COURVIN; BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS; REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE MOLA A GAS MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA MÍNIMA: 480MM ALTURA MÁXIMA: 600MM COR: CINZA. EXCLUSIVO ME/EPP	20	UND	BETANIAMED COMERCIAL	DESCLASSIFICADO EMPRESA APRESENTOU PROSPECTO MAS NO SITE NÃO FOI ENCOTRADO O PRODUTO, UMA VEZ QUE A EQUIPE PESQUISOU VIA INTERNET E NÃO VERIFICOU A VERACIDADE DO MODELO E MARCA APRESENTADA PELA EMPRESA.
			GH MÓVEIS	DESCLASSIFICADO COTOU EM DESACORDO. EDITAL SOLICITA MOCHO Á GÁS E A EMPRESA COTOU CADEIRA GIRATORIA INTERNALTA.
			DENTAL UNIVERSO	DESCLASSIFICADO COTOU EM DESACORDO. PEDIMOS EM COURVIN E INOX.
			TECH MÓVEIS	DESCLASSIFICADO PROSPECTO INCOMPLETO.
			BIODIAG	DESCLASSIFICADO EMPRESA APRESENTOU PROSPECTO MAS NO SITE NÃO FOI ENCOTRADO O PRODUTO, UMA VEZ QUE A EQUIPE PESQUISOU VIA INTERNET E NÃO VERIFICOU A VERACIDADE DO MODELO E MARCA APRESENTADA PELA EMPRESA.
			FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	DESCLASSIFICADO O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

				GM FARMA	DESCLASSIFICADO CATALOGO SEM INFORMAÇÃO PARA CONSULTA.
				X-TEC	DESCLASSIFICADO O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA ASSENTO NÃO É INOX
46.	CARRO P/ CURATIVO: TOTALMENTE EM AÇO INOX, PES COM RODIZIOS GIRATORIOS, 1 TAMPO E 1 PRATELEIRA, COM VARANDAS PROTETORAS EM TODA A VOLTA. MEDINDO: 0.75 X 0.45 X 0.80 CM, COM SUPORTES PARA BALDE E BACIA, ACOMPANHAR: 1 BALDE E 1 BACIA EM AÇO INOXIDAVEL. REGISTRO NA ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BIODIAG	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				FRAGA PRODUTOS HOSPITALARES	DESCLASSIFICADO O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				X-TEC	DESCLASSIFICADO O PROSPECTO NAO APRESENTADO E O SITE INFORMADO NÃO CONFERE COM PRODUTO.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA OFERTOU EM AÇO DE CARBONO E O EDITAL PEDE INOX
47.	NEBULIZADOR/INALADOR: PORTÁTIL COM 04 SAÍDAS, BIVOLT AUTOMÁTICO 90~240 VOLTS. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	DENTAL UNIVERSO	DESCLASSIFICADO NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA.
				BIODIAG	CLASSIFICADO
				GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA QUANTIDADE DE SAIDAS INFERIOR AO SOLICITADO EDITAL PEDE 4 E OFERTOU 3. NÃO APRESENTOU REG. ANVISA
48.	NEBULIZADOR/INALADOR: PORTÁTIL BIVOLT AUTOMÁTICO 90~240 VOLTS. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	DENTAL UNIVERSO	DESCLASSIFICADO NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA.
				BIODIAG	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				GM FARMA	DESCLASSIFICADO NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA MODELO NÃO ENCONTRADO, NÃO APRESENTOU REG NA ANVISA
49.	EXTINTOR DE INCENDIO A PÓ 12KG COM SUPORTE DE PAREDE ATENDENDO AS CLASSES ABC COM CAPACIDADE EXTINTORA 6-A:40-B:C. EXCLUSIVO ME/EPP	50	UND	TECH MÓVEIS	CLASSIFICADO
				GM FARMA	CLASSIFICADO
				X-TEC	CLASSIFICADO
50.	LONGARINAS 3LUGARES COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 150KG PARA CADA ACENTO, BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS; ENCOSTO E ACENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO MEDIDAS APROXIMADA: ENCOSTO LARGURA: 53CM, ALTURA: 52CM; ASSENTO PROFUNDIDADE: 48CM, LARGURA: 53CM, ALTURA ATÉ O CHÃO: 44CM. GARANTIA MINIMA 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	75	UND	GH MÓVEIS	DESCLASSIFICADO COTOU MEDIDAS INFERIORES AO SOLICITADO NO EDITAL.
				BIODIAG	CLASSIFICADO.
				TECH MÓVEIS	CLASSIFICADO
				X-TEC	CLASSIFICADO
				S D DE A FERREIRA	DESCLASSIFICADA PEDIU FORMATO EM Y E OFERTOU EM T



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE


51. LONGARINAS 3 LUGARES COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 150KG PARA CADA ACENTO, BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS; ENCOSTO E ACENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO MEDIDAS APROXIMADA: ENCOSTO LARGURA: 53CM, ALTURA: 52CM; ASSENTO PROFUNDIDADE: 48CM, LARGURA: 53CM, ALTURA ATÉ O CHÃO: 44CM. GARANTIA MINIMA 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	225	UND	GH MÓVEIS	<u>CLASSIFICADO</u>
			TECH MÓVEIS	<u>CLASSIFICADO</u>
			X-TEC	<u>CLASSIFICADO</u>
			S D DE A FERREIRA	<u>DECLASSIFICADA</u> PEDIU FORMATO EM Y E OFERTOU EM T
52. SELADORA - PARA GRAU CIRÚRGICO COM 127V COM 25 CM X 10MM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, COM 50 W DE POTÊNCIA. VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	BETANIAMED COMERCIAL	<u>CLASSIFICADO</u>
			DENTAL UNIVERSO	<u>CLASSIFICADO</u>
			BIODIAG	<u>DECLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
			GM FARMA	<u>DECLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA.
			X-TEC	<u>DECLASSIFICADO</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO E NEM REGISTRO NA ANVISA.
S D DE A FERREIRA	<u>DECLASSIFICADA</u> NÃO APRESENTOU PROSPECTO			

Nossa Senhora do Socorro/SE, 19 de fevereiro de 2020.


EQUIPE DE ANÁLISE TÉCNICA E EMISSÃO DO PARECER:




LUCIANA BASTOS NUNES PINHEIRO
DIRETORA DE ATENÇÃO A SAÚDE



HEISA MARIANE SANTOS SILVA
COORDENADORA DE COMPRAS


MARCIA DOS SANTOS
ASSESSORA DO SECRETÁRIO


JOÃO PAULO DO Ó
COORDENADOR DE REGULAÇÃO