



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEBIDO
Em 08/04/2021
SHEILA SANTOS MOURA SUICA
Setor Licitações e Contratos - PMNS

PARECER TÉCNICO	Nossa Senhora do Socorro (SE), 06 de abril de 2021.
DA: COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA E VE	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	004/2021 – 1ª Análise

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio de sua Coordenadoras de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 004/2021/SEMUSA/NS SOCORRO, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS – UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise do atendimento quanto as marcas apresentadas nas propostas de preços, apresentação de licença sanitária estadual ou municipal, AFE, Registro do Produto e o Prospecto no que cabe a análise técnica das licitantes INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA, ELETRICA ALIANCA EIRELI, MASTER COMERCIAL EIRELI, BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, N.P.R. MÓVEIS, M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS, POLYMED MÓVEIS HOSPITALARES apresentamos a relação dos itens APROVADOS E REPROVADOS, conforme abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANÁLISE TÉCNICA

Itens	Especificações	UND	Quant	Fornecedor	Marca/ Modelo	AFELICENÇA SANITARIA/ REGISTRO/ PROSPECTO	APROVADA/ REPROVADA
1.	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO VERTICAL 1500L. CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAL VERTICAL 03 PORTAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 1500 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO. DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. 12 (DOZE) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTÁVEIS E REMOVÍVEIS. 03 (TRÊS) PORTAS DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" POR ACESSO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO, LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO. COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED. PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60HZ. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES	UNID	03	INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	INDREL/ RVV2000D/2021	OK / REGISTRO Nº 10253020013	APROVADA

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2.	ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE 12 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. (AMPLA PARTICIPAÇÃO).	UNID	08	INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	INDREL/ RVV440D/2021	OK / REGISTRO Nº 10253020013	APROVADA
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	-----------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.	DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO; SISTEMA DE DISCADOR TELEFÔNICO DE LINHA FIXA OU CELULAR, PARA NO MÍNIMO DOIS NÚMEROS, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA; SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS COM GERENCIAMENTO A DISTÂNCIA, PERMITINDO EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE TEMPERATURA CRÍTICA (ABAIXO DE +2º C OU ACIMA DE +8º C), FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, CONTROLADOR DE TENSÃO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA OU INSTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, EMISSÃO DE DADOS DE PERFORMANCE DE TEMPERATURA E TENSÃO ELÉTRICA VIA DATA-LOGGER; 220V, SUPORTE TÉCNICO ON LINE E GRATUITO PARA TODA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. DEVE APRESENTAR ESTABILIZADOR, INTERNO, DE VOLTAGEM PARA 220V, COMPATÍVEIS COM O MODELO, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,95 ALT X 0,65 LARG X 0,70 PROFUNDIDADE. (AMPLA PARTICIPAÇÃO).			
	UNID 02			FRACASSADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COM PUXADOR EXTERNO; 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL MUNIDAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM CONTRA PORTA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; GABINETE INTERNO CONFECCIONADO AÇO INOXIDÁVEL 304, HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CIRCULAÇÃO AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA, PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, COM SISTEMA MICRO PROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO, ILLUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESURA DE 70 MM, LIVRE DE CFC; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR R HERMÉTICO, SELADO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM CIRCULAÇÃO DE GAS R134A, LIVRE DE CFC, ECOLÓGICAMENTE CORRETA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE +2° C E +8° C, TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO; POSSUI MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA ATINGIDAS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (NO BREAK) INTEGRADO AO GABINETE NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM B ATERIA SELADA, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 HORAS SEM ENERGIA, MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO; SISTEMA DE DISCADOR TELEFÔNICO DE LINHA FIXA OU CELULAR, PARA NO MÍNIMO DOIS NÚMEROS, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA; SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS COM GERENCIAMENTO A DISTÂNCIA, PERMITINDO EMISSÃO DE RELATORIOS E ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE TEMPERATURA CRÍTICA (ABAIXO DE +2° C OU ACIMA DE +8° C), FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, CONTROLADOR DE TENSÃO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA OU INSTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA, EMISSÃO DE DADOS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	PERFORMANCE DE TEMPERATURA E TENSÃO ELÉTRICA VIA DATA-LOGGER; 220V, SUPORTE TÉCNICO ON LINE E GRATUITO PARA TODA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. DEVE APRESENTAR ESTABILIZADOR, INTERNO, DE VOLTAGEM PARA 220V, COMPATÍVEIS COM O MODELO, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,95 ALT X 0,65 LARG X 0,70 PROFUNDIDADE. (RESERVA DE COTA PARA ME/EPP).								
4.	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE; COM GRADE PROTETORA, DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 60 CM; CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL OU ROTATIVO; COM 03 HELICES (PAS), POTÊNCIA MÍNIMA: 130 W, VOLTAGEM: 110/220 V BIVOLT; SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA; (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	50	ELETRICA ALIANÇA EIRELI	VENTURA/OSCILANT E PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS 796425 VENTURA	PROSPECTO APRESENTADO CONFORME EDITAL.	APROVADA		
5.	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL/GELADA. (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	20	MASTER COMERCIAL EIRELI	AGRATTO BEM-03	PROSPECTO APRESENTADO CONFORME EDITAL.	APROVADA		
6.	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COMBATERIARECARREGÁVEL.CARACTERÍSTICAS: SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 9-12SEMANAS; TAMANHO: 135MM X100MM X 49MM; PESO: APROX. 400G.; BIVOLT (ACOMPANHACARREGADOR); VISOR LCD: 60MM X50MM.PERFORMANCE FHR: FAIXA DEMEDIÇÃO: 50-240 BPM; RESOLUÇÃO:1BPM; PRECISÃO: ± 1 BPM; SAÍDA DE ENERGIA: 20MW TRANSDUTOR: FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ± 10%; P-: <1MPA; LOB: <20MW/CM²; ISPTA: <100 MW/CM² INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM²; ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DOTRANSDUTOR:	UNID	50	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	JEMPER/SHENZHEN JUMPER MED. EQUIP. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/JPD - 100EI	OK / NÃO APRESENTOU AFE / REGISTRO Nº 80901110024	REPROVADA - DIMENSÕES SOLICITADAS NO EDITAL DE 135MMX100MMX49MM, SENDO QUE A EMPRESA APRESENTOU INFERIOR - AS DIMENSÕES 147 X 101.9 X 31.6MM. E NÃO APRESENTOU AFE CONFORME SOLICITADA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	154MMF. (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	10	N.P.R. MÓVEIS	MÓVEIS ANDRADE/MA747	OK / REGISTRO 80380120007	NO EDITAL.
7.	MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS C/ PONTEIRAS DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, DIMENSÕES APROXIMADOS 1,80 X 0,60 X 0,80M. (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	200	BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PREMIUMWENZHO KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD CHINA, REPÚBLICA POPULAR/BR-20D ADULTO	OK / REGISTRO 80275310022	REPROVADA - NÃO SOLICITAMOS NO EDITAL ESTRUTURA EM "AÇO" E A EMPRESA APRESENTOU ESTRUTURA "MDF".
8.	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO COM BRAÇADEIRA NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 14 X 51CM, CONFECCIONADA EM NYLON E FECHO EM VELCRO REFORÇADO; NA COR PRETO; COM PRECISÃO +/- 3MMHG; MANGUITO E BRAÇADEIRA TOTALMENTE LEVE E LIVRE DE LÁTEX PARA MAIOR COMODIDADE; RESISTENTE A IMPACTOS; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; DIVISÃO DE 2 MMHG; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO: ADULTO: 18 - 35 CM; MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR NO MÍNIMO 1 ANO; ACOMPANHA ESTETOSCOPIO SIMPLES, MANÔMETRO (0 - 300MMHG); BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; PERA DE INSUFLAÇÃO; ESTOJO PARA VIAGEM; (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID	50	M. COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ADVANTIVE / DUO	OK / REGISTRO 10296900044	REPROVADA - NÃO APRESENTOU AFE / CONFORME SOLICITADA NO EDITAL.
9.	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO. (EXCLUSIVO ME/EPP).	UNID					APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	UNID	BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	DEVICES IMDK/SHENZHEN CO, LIMITED. CHINA, REPÚBLICA POPULAR/C101 A3	OK / APRESENTOU AFE / REGISTRO 80901110030	NÃO APRESENTOU AFE / Nº	REPROVADA - NÃO APRESENTOU AFE CONFORME SOLICITADA NO EDITAL.
10.	60					
11.	10	FRACASSADO				
12.	10	N.P.R.MÓVEIS	BALMAK/ELP-25BB	OK / REGISTRO EMPRESA APRESENTOU NOTA TÉCNICA Nº 03/20212/GQUIP/GG TPS/ANVISA DA INSEÇÃO DO PRODUTO.	PARA O A	APROVADA




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

13.	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO. COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG. COMPONENTES C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN. (EXCLUSIVO ME/EPF).	UNID 50	POLYMED MÓVEIS HOSPITALARES	POLYMED MOD. MACA FIXA / PM 1915	OK/ REGISTRO Nº 81748540001	REPROVADA - APÓS CONSULTA NAS INSTRUÇÕES DE USO (EM ANEXO) ATRAVES DO Nº DO REGISTRO FOI IDENTIFICADO QUE AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL NÃO ESTA DE ACORDO COM O APRESENTADO PELO EMPRESA, E DIMENSÕES E CAPACIDADES INFERIORES. E NÃO APRESENTOU AFE CONFORME SOLICITADA NO EDITAL.
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, 06 DE ABRIL DE 2021.


IZIDÉRIO WIVERSON DE JESUS SOUZA
ASSESSOR DA ATENÇÃO BÁSICA


TACIANA SANTOS ALBUQUERQUE DO O,
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Item 13

Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir:

PM-1913; PM-1914; PM-1915, PM-1916; PM-1917; PM-1918; PM-1919; PM-1920;

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

MESA PARA EXAME CLÍNICO

Nome técnico: Mesa para exame (1571286)

Descrição

A Mesa para Exame Clínico é de fácil manuseio indicada para qualquer procedimento clínico onde é necessária a acomodação do paciente para avaliação clínica e repouso.

Princípio de funcionamento

A Mesa para Exame Clínico, funciona para acomodação de paciente durante exames realizados em clínicas, hospitais ou qualquer outra unidade de saúde serve para um melhor atendimento e ao procedimento, dando ao paciente confronto e segurança, praticidade tanto para o paciente quanto para o profissional.

Indicação de Uso:

A Mesa para Exame Clínico, é indicada para qualquer procedimento clínico onde é necessária a acomodação do paciente para avaliação clínica e repouso. Pode ser utilizado em qualquer ambiente físico e é destinado a hospitais, consultórios e clínicas em geral, onde se faz necessária a utilização de Mesa de Exame, dando maior conforto ao paciente.

Especificações.

Código	Descrição	Dimensões	Capacidade
PM-1913	Mesa para exame clinico em chapa de aço carbono pintada com tinta epóxi, com suporte para papel, lençol.	Comprimento: 1,90 m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	180Kg
PM-1914	Mesa para exame clinico totalmente em aço inoxidável	Comprimento: 1,90 m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	180Kg
PM-1915	Mesa para exame clinico estofada com estrutura em aço carbono pintada com tinta epóxi (divã)	Comprimento: 1,90 m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	180Kg
PM-1916	Mesa para exame clinico estofada com estrutura em aço inox (divã)	Comprimento: 1,90 m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	180Kg
PM-1917	Mesa para exame clinico infantil estofada com estrutura em aço carbono pintada com tinta epóxi	Comprimento: 1,50 m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	120Kg

PM-1918	Mesa para exame clinico com leito estofado com 03 gavetas com suporte para papel, lençol	Comprimento: 1,90 m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	160Kg
PM-1919	Mesa para exame clinico com leito estofado com 03 gavetas e 02 portas em chapa de aço carbono com suporte para papel, lençol	Comprimento: 1,90 m a 2,20m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	160Kg
PM-1920	Mesa para exame clinico com leito estofado 04 gavetas e 02 portas em madeira, com suporte para papel, lençol	Comprimento: 1,90 m a 2,20m Largura: 0,60 m Altura: 0,80 m	160Kg

Acessórios opcionais:

- » Suporte Para Papel lençol (aço inoxidável 304)
- » Suporte Para Papel lençol (aço carbono)
- » Grades Laterais (aço inoxidável 304)
- » Grades Laterais (aço carbono)
- » Estrutura de Madeira com 2, 3 ou 4 Gavetas em MDF
- » Estrutura em chapa de aço inoxidável 304 com 2,3,4 gavetas em aço inoxidável
- » Estrutura em aço carbono, com 2, 3, ou 4 gavetas em chapa de aço carbono
- » Puxador em material Termoplástico
- » Puxador de alumínio
- » Suporte para soro
- » Rodízios;

Materiais de consumo: não aplicável

Materiais de apoio: Instruções de Uso e Certificado de Garantia

Manutenção e Limpeza

Modo de Limpeza

A limpeza é recomendada após cada utilização, por u profissional capacitado.

Mantenha o produto sempre limpo para uso, limpe com um pano macio, limpo e higienizado, com produtos próprios para higienização.

Requisitos de Manutenção

Para melhor durabilidade e conservação do produto fazer a manutenção preventiva a cada 06 meses de uso, verificando as folgas de parafusos, e conexões existentes de manutenção.

Importante que todos os acessórios acompanhem a Mesa. Caso seja detectado alguma anormalidade deve-se entrar em contato com o SAC do fabricante.

Advertência de Precauções:

OBSERVAÇÃO: Certificar-se que mesa esteja limpa antes de acomodar o paciente. Verifique periodicamente folgas em parafusos e porcas do seu equipamento, sempre que verificado alguma anormalidade providencie o imediato reparo

ATENÇÃO: Evite o contato do estofamento com objetos cortantes, perfurante. Cuidados para não utilizar produtos quimicamente agressivos, para não comprometer a vida útil da estrutura da mesa de exame

ATENÇÃO: Mantenha o produto sempre limpo para uso, limpe com um pano macio, limpo e higienizado, com produto próprio para higienização.

ATENÇÃO: Para melhor durabilidade e conservação do produto fazer a manutenção preventiva a cada 06 meses de uso, verificando as folgas de parafusos, e conexões existentes de manutenção.

ATENÇÃO: Antes de qualquer procedimento verifique se a regulagem da cremalheira está posicionada na posição correta.

Requisitos de Infraestrutura

Local com condições e estrutura física adequada para o manejo necessário do equipamento, longe de goteiras, e piso molhado

Armazenamento

Armazenar em local limpo e seco ao abrigo da luz, em sua embalagem original, em temperatura ambiente.

Transporte

O produto deve ser transportado de forma adequada em temperatura ambiente, ao abrigo do sol e chuva.

Durante o transporte evite vibrações e impactos no equipamento.

Garantia

A POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA. garante para este produto garantia a partir da data da efetiva entrega do mesmo.

Qualquer problema que ocorra com os produtos da Polymed metalúrgica industrial Ltda, entre em contato o fabricante (75) 3224-6300.

Assistência Técnica

POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA.

TEL - (75) 3224-6300

Fabricante:

POLYMED METALURGICA INDUSTRIA LTDA.

Av. Maria Quitéria, 5232 - Casa - Bairro: João Paulo II

44033-710- Feira De Santana - BA

CNPJ: 03.247.233/0001-81

Tel: (75) 3224-6300

Responsável técnico: Rafaela Santos Boaventura

COREN/BA No. 560122-ENF

Registro ANVISA nº 81748540001