

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER TÉCNICO	Nossa Senhora do Socorro (SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
DA: COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão 012/2022 – 1ª Análise
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio do Coordenadora de Saúde Bucal, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 012/2022/SRP/SEMUSA/NS SOCORRO**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise das PROPOSTAS DE PREÇOS, com base nas exigências editalícias, ao apresentado pelas licitantes, BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, SILVIO VIGIDO, BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, ZUMED COMERCIAL LTDA, HDX COMERCIAL EIRELI, QUICKBUM E COMMERCE EIRELI, apresentamos a relação dos itens APROVADOS e REPROVADOS, conforme abaixo:



ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	FORNECEDOR	MODELO / MARCA	LICENÇA SANITÁRIA/ AFE/ PROSPECTO/ REGISTRO	APROVADO/ REPROVADO
1	APARELHO AMALGAMADOR - VIBRADOR PARA AMALGAMAS E IONOMEROS EM CAPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CAPSULAS. TAMPA PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO-IMPACTO TRANSPARENTE. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A ABERTURA DA TAMPA. BASE METALICA PARA PROPORCIONAR PERFEITA ESTABILIDADE PARA INJETADA EM ABS COM PELICULA EM POLIURETANO TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEG VOLTAGEM - (VAC) BIVOLT - 127/ 220V FREQUENCIA 50/60 HZ. FREQUÊNCIA MINIMA DE 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EP.	UNID	08	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTEMED/ DENTEMIX	SEM PROSPECTO	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
2	FOTOPOLIMERIZADOR À BATERIA - FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONOMEROS E ADESIVOS. WIRELESS (SEM FIO), PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO 100V 240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. FREQUENCIA: 50/60 HZ. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 Å 480 NM. EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODE). POTÊNCIA DE LUZ: 1250mW/cm². GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EP.	UNID	25	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTEMED/ LED	SEM PROSPECTO / REGISTRO ANVISA 80349609004	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.

<p>3</p> <p>AUTOCLAVE - AÇO INOX CERCA 40 LT, TIPO HORIZONTAL, BIVOLT, TRAVAMENTO DA PORTA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, CONSUMO DE ENERGIA 485 WATS POR HORA, POTENCIA 1600 WATS BIVOLT AUTOMATICO, FREQUENCIA 50-60HZ. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. AMPLA PARTICIPAÇÃO.</p>	<p>UNID</p>	<p>06</p>	<p>HOSPITRONICA</p>	<p>BS/ DIGITALE</p>	<p>OK/ REGISTRO ANVISA Nº 80360560002</p>	<p>APROVADO</p>
<p>4</p> <p>AUTOCLAVE - AÇO INOX CERCA 40 LT, TIPO HORIZONTAL, BIVOLT, TRAVAMENTO DA PORTA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, CONSUMO DE ENERGIA 485 WATS POR HORA, POTENCIA 1600 WATS BIVOLT AUTOMATICO, FREQUENCIA 50-60HZ. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.</p>	<p>UNID</p>	<p>02</p>	<p>HOSPITRONICA</p>	<p>BS/ DIGITALE</p>	<p>OK/ REGISTRO ANVISA Nº 80360560002</p>	<p>APROVADO</p>
<p>5</p> <p>AVENTAL DE BORRACHA-PLUMBIFERA - COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO 60X76 CM, 0,50MM DE CHUMBO, PESO, ACABAMENTO EM CORINO. FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELCRO ESPECIAL. GARANTIA: MÍNIMO DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.</p>	<p>UNID</p>	<p>07</p>	<p>SILVIO VIGIDO</p>	<p>NMARTINS/ AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA</p>	<p>OK REGISTRO ANVISA Nº 10376790004</p>	<p>APROVADO</p>

8	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA, FONTE ELETRIC-PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PÓ, PONTA REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTA E PEDAL. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	15	BRUMED	ALLJET/ CERAMIC	OK/ REGISTRO ANVISA 0348960006	NA Nº	APROVADO
9	COMPRESSOR DE AR - CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, ISENTO DE ÓLEO. TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, BIVOLT, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANOMETRO, DRENO PARA ÁGUA, CAIXA ACÚSTICA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	15	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTEMED/ PRIMEAIR 40-11 0V OU 220V	SEM PROSPECTO/		REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
10	BIOMBO DE CHUMBO - COM ARMAÇÃO EM AÇO, BIOMBO CURVO, REVESTIMENTO BLINDADO COM CHUMBO 2MM, 0,80 X 1,80 M, COM VISOR PLUMBIFERO, DIMENSÃO VISOR CERCA DE 10 X 15 CM. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	01	ZUMED	N.MARTINS - MODELO: CONCAVO CVISOR /	SEM PROSPECTO ISENTO REGISTRO	DE	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
11	CÂMARA ESCURA - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA C/ ANGULAÇÃO, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTECTOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL COM LUZ LED. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	03	HDX	ESSENCE DENTAL/ ESSENCE DENTAL	SEM PROSPECTO/ ISENTO REGISTRO (RDC260)	DE	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.

<p>6</p> <p>APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, COLUNA MOVEL, PERIAPICAL, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVp E CORRENTE NO TUBO DE 7,0MA, DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, CONTROLE DIGITAL, CONTROLE CENTESIMAL DE TEMPO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR, CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 5 METROS, PRECISÃO NA TEMPORIZAÇÃO E MONITORAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO. O APARELHO POSSIBILITA O USO DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E FILMES CONVENCIONAIS, MÍNIMO DE 21 INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO PADRONIZADAS. FEIXE DE RAIOS-X COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 58MM, NA SAÍDA DO CILINDRO COLIMADOR. TEMPO DE RESFRIAMENTO PROGRESSIVO, PODENDO SER DE NO MÁXIMO 30X O TEMPO DE DISPARO, ESCALA DE ANGULAÇÃO DO CABEÇOTE ROTAÇÃO DE 300° COM INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO CABEÇOTE, CILINDRO COLIMADOR INJETADO EM TERMOPLÁSTICO, PROTEÇÃO TÉRMICA DO CABEÇOTE, DEVE POSSUIR ALARMES DE SUB E SOBRE TENSÃO, CABEÇOTE COM CÂMARA DE COMPENSAÇÃO, CAIXA DE COMANDO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CONTROLE, BRAÇOS ARTICULÁVEIS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL NO PADRÃO ABNT. TENSÃO DA REDE DE 127V. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.</p>	<p>UNID</p>	<p>01</p>	<p>BRUMED</p>	<p>XDENT/ X70</p>	<p>OK/ REGISTRO ANVISA 80422150001</p> <p>NA N°</p>	<p>APPROVADO</p>
<p>7</p> <p>BOMBA A VÁCUO COM TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE - FUNCIONAMENTO ATE 05 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. FILTRO COLETOR DE RESÍDUOS DE FÁCIL LIMPEZA, EFICIENTE E PRÁTICO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE QUE PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. COMANDO DE AIONAMENTO ELETRÔNICO VÁCUO MÍNIMO 640 Mmhg. BIVOLT. ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.): 3450-60 HZ, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V/GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP.</p>	<p>UNID</p>	<p>05</p>	<p>BRUMED</p>	<p>G/G/M/D</p>	<p>OK/ ISENTO REGISTRO</p> <p>DE</p>	<p>APPROVADO</p>

12	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - REFRIGERAÇÃO COM SPRAY TRIPLO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ENCAIXE BORDEN DE 2 FUIROS, ROLAMENTOS CERÂMICOS, VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400000 RPM, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM DURABILIDADE SUPERIOR. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	100	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTEMED/ PRIMECX207-W -2	SEM PROSPECTO/ REGISTRO ANVISA 80349600009	NA Nº	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
13	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ SPRAY INTERNO - TIPO MICROMOTOR, AUTOCLAVAVEL, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E RUÍDO, FORMA ESGONÔMICA, MÍNIMO DE 5000 RPM E MÁXIMO DE 20000 RPM, ACOPLAMENTO BORDEN. COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	70	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTEMED/ MICROMOTOR PRIMECX235-3 F	SEM PROSPECTO/ REGISTRO ANVISA 80349609006	NA Nº	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
14	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA PRESSÃO CABEÇA (PB), REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO MOTOR PNEUMÁTICO. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	80	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTEMED/ CONTRA ÂNGULO PRIMECX235- 1F	SEM PROSPECTO REGISTRO ANVISA 80349609005	NA Nº	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.

15	MOTOR PARA ENDODONTIA - BIVOLT, DISPLAY COLORIDO, MOTOR ELETRICO COMPATIVEL COM TODAS AS LIMAS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, COMPOSTO POR PAINEL DE COMANDO, CONTRA ÂNGULO, CARREGADOR, COM APOIO PARA PEÇA DE MÃO ACOPLADO (CABO E CONECTOR) COM CONTROLE DE TORQUE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE. GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	01	HDX	NSK ENDO MATE/ NSK ENDO MATE	SEM PROSPECTO/ REGISTRO NA ANVISA Nº 80354809006 REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
16	LOCALIZADOR ELETRÔNICO - SUPORTE PARA LIMA, APLICAÇÃO LOCALIZADOR ELETRÔNICO DE EPICE DE CANAL DENTARIO, AUTOCLAVAVEL, COM TECNOLOGIA MULTIFREQUÊNCIA E VOLUME SONORO DE 4 NIVEIS, NÃO PRECISA SER CALIBRADO. GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	02	HDX	MK PRO PEX/ MK PRO PEX SEM PROSPECTO/ 80354809006	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.

17	<p>CADDEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR) - CADDEIRA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, COM VOLTA A ZERO, 03 PROGRAMACIONES DE TRABALHO E 04 INTENSIDADES DE LUZ DO REFLETOR, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO QUE DEVE SER INTEGRADO A BASE DA CADDEIRA, BRAÇO DIREITO E BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLO E ENVOLVENTE COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULADO. BASE DA CADDEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇA DE NO MÍNIMO 3/8 (POLEGADAS) DE ESPESURA, SISTEMA PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM POSSUIR BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA USA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO, TRANSFORMADOR DE 12V PARA ALIMENTAÇÃO DO REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO LAVÁVEL E SEM COSTURA, COM OPÇÃO DE CORES, ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. AMPLA PARTICIPAÇÃO.</p>	UNID	09	<p>BHDENTAL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>DENTE MED/ CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIMECART</p>	<p>SEM PROSPECTO REGISTRO ANVISA 80349600007</p>	<p>NA Nº</p>	<p>REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.</p>
----	--	------	----	--	--	--	------------------	--

18	<p>CADERA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR) - CADEIRA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, COM VOLTA A ZERO, 03 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E 04 INTENSIDADES DE LUZ DO REFLETOR, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO QUE DEVE SER INTEGRADO À BASE DA CADEIRA, BRAÇO DIREITO E BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLO E ENVOLVENTE COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULADO, BASE DA CADEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇA DE NO MÍNIMO 3/8 (POLEGADAS) DE ESPESSURA, SISTEMA PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM POSSUIR BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO, TRANSFORMADOR DE 12V PARA ALIMENTAÇÃO DO REFLETOR, RELE DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO LAVÁVEL E SEM COSTURA, COM OPÇÃO DE CORES. ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER GARANTIA DE 02 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPF.</p>	UNID	03	1)BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTE MED/ CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIMECART	SEM PROSPECTO REGISTRO ANVISA 80349600007	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
----	---	------	----	-----------------------------------	---	---	---

19	MOCHO ODONTOLÓGICO - ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GAS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. NA COR AZUL MARINHO. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	35	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	DENTE ME D/ MOCHO ODONTOLÓGICO AGÁS P RA TA ANATÔMICO	SEM PROSPECTO ISENTO DE REGISTRO	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
20	DESTILADOR ÁGUA. CAPACIDADE 4 L/H. VOLTAGEM 127/220 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 550 W/ DIMENSÕES APROXIMADAS 27X33X2,60. APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL .GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	10	QUICKBUM	KONDENTECH AQUATECH/	SEM PROSPECTO/ ISENTO DE REGISTRO	REPROVADO - NÃO APRESENTOU PROSPECTO CONFORME SOLICITA NO TERMO DE REFERENCIA NO ITEM 5. SUBITEM 5.3.
21	SELADORA - ODONTOLÓGICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA. PROJETADA PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESPECÍFICAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR PRODUZIDA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA LINHA. POSSUI SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30CM. POSSUIR SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 110 OU 220 VOLTS. TODOS OS COMPONENTES SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO ABS. POLÍMERO MUITO RESISTENTE A IMPACTOS E A TEMPERATURA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	25	SILVIO VIGIDO	AGIR /SEAL BASICA	OK/ ISENTO DE REGISTRO	APROVADO

					NÃO REGISTRO	ENVIU	REPROVADO	-	NÃO
26	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PORTÁTIL CAVITADOR SÔNICO, CONECTÁVEL A ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA. ENCAIXE FLEX E BORDEM, CONEXÃO O BORDEN/MIDWEST. PRESSÃO DE 40 A 60 PSI OU DE 2,2 A 4 BARS. CONSUMO DE AR DE 10 A 26 L/MIN. NÍVEL DE SOM 66DCB, FREQUÊNCIA MÍNIMA 5,2KHZ.ACOMPANHADA 3 PONTAS (1 UNIVERSAL, 1 PERIO E 1 SICKLE) + CHAVE EXTRATORA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	15	HDX	ESSENCE DENTAL/ ESSENCE DENTAL				REPROVADO - NÃO APRESENTOU REGISTRO NA ANVISA CONFORME SOLICITA NO EDITAL NO ITEM 6. SUBITEM 6.1, NEM APRESENTOU ISENÇÃO CONFORME DITA O SUBITEM 6.1.1.

NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

Heloísa Maria de Almeida Nunes Góes
HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOES
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL
 RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E EMISSÃO DO PARECER