



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

A Senhora Alba Maria Leite Meneses,  
Coordenadora do Setor de Licitações

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento feito pelo licitante Osmar através de e-mail no dia 18 de janeiro do corrente, venho através deste expressar as seguintes informações sobre o Pregão Presencial nº 01/2019 – SEMUSA:


**DESCRIÇÃO:**

O item 06 e 07: COMPRESSOR DE AR - ODONTOLÓGICO CAPACIDADE DO TANQUE DE 40L. ISENTO OLÉO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA 110/220V, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANOMETRO DRENO PARA ÁGUA. BIVOLT. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES.

OBS: NÃO EXISTE BIVOLT PARA LITRAGEM DE 40L.

Diante da manifestação feita pela licitante o Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Socorro **ACATA** e por decisão administrativa solicita o cancelamento a comissão de licitação deste município, dos itens 06 e 07 do PP nº 01/2019/SEMUSA, uma vez que não prejudique a realização do pregão a ser realizado no dia 23.01.2019.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 21 de janeiro de 2019.

  
**Heloisa Maria de Almeida Nunes Gois**  
Responsável pelas Informações