

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, via FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOCORRO, levando em consideração o encaminhamento pela equipe de PREGÃO da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019/SEMUSA/NS SOCORRO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS (CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS) DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, COM SESSÃO MARCADA PARA O DIA 08/05/2019 (oito de maio e dezanove), às **09:00h** (nove horas), TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM, *encaminhado pela empresa **INDREL SCIENTIFIC**, no tocante aos **ITENS 01, 02, 03 E 04**, no qual faz o seguinte questionamento, a empresa relata com relação a descrição das câmaras de conservação de Imunobiológicos :*

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:

A empresa **INDREL SCIENTIFIC**, em seu questionamento descreve que:

No primeiro momento verifica que nos descritivos dos itens 01 à 04 consta especificação sobre o painel da seguinte forma:

"(...) SISTEMA MICROPROCESSADO PELO **DISPLAY EM LCD OU LED**, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA."

E em seguida faz constar que ainda dentro do descritivo continua:

"(...) **PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN**, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS."

Concluindo que da forma descrita, o edital abre oportunidade para a inclusão de painéis adaptados, podendo prejudicar o monitoramento real das temperaturas.

Onde a empresa ainda chama a atenção em sua explanação que constam 3 opções de painéis para o equipamento, cada um com uma funcionalidade e custo diferenciado. Sugerindo que a forma correta é possuir um único painel que monitora e visualiza todas as funções e eventos do equipamento, possibilitando assim uma participação de forma igualitária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Em consulta ao setor demandante, o responsável técnico analisou o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e constatou que as especificações vislumbram a necessidade de alterações, decidindo assim pela alteração do Termo de Referência e por todo o exposto a Secretaria DECIDI que por interesse da administração pela alteração das especificações e com isso pela suspensão do Pregão, até a devida correção das especificações.

Nossa Senhora do Socorro (SE), 06 de maio de 2019.

TACIANA SANTOS ALBUQUERQUE DO Ó
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RATIFICO,



ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOCORRO/SE